



Tel. +32 3 771 48 04
Tel. +31 765 30 23 73
Fax. +32 3 771 55 84
www.macben.eu
Info@macben.eu

Winninglaan 10 TTS Zone B
B 9140 Temse

Smederijstraat 2
NL 4814 DB Breda

E009: Blaine, permeabiliteitsmeter

STANDARDS: EN 196/6 – ASTM C204 – AASHTOTI53 – BS 4359/2 – UNI 7374 – NF P15:442 – UNE 80106

Om de fijnheid van Portland-cement te bepalen van de specifieke oppervlakte, uitgedrukt als totale oppervlakte in cm²/g. Het apparaat is voorzien van een glazen manometer (U-buis) met klep, stalen stand, testcel met geperforeerd schijfje en stangetje in roestvrij staal, rubberen luchtpeertje, 1000 schijfjes filterpapier, manometrische vloeistof, accessoires.

Gewicht: 12kg

ACCESSOIRES:

E010-02: Standaardcement voor kalibratie Blaine (ASTM/SRM/EN)

E055-08: Glazen thermometer –10 tot +50° C.

RESERVEONDERDELEN:

E010-01 : Glazen manometer (U-tube)

E010-03 : Manometrische vloeistof

E010-04 : Filterpapier (pak van 1000 vellen)

E010-05 : cel lichaam, roestvrij staal

E010-06 : Stangetje in roestvrij staal

E010-07 : Geperforeerd schijfje, roestvrij staal

E010-08 : Volledige testcel (3 delen), roestvrij staal

