

E029 : Appareil de mesure d'une capacité de 400mL

NORMES : ASTM C185 | AASHTO T137

Déterminer la teneur en air des mortiers fraîchement mélangés par la méthode de la densité.

Fabriqué en acier, diamètre intérieur 76,2x88,1 mm hauteur.

Accessoires :

E087-06 Pilon en bois dur

E055-07 Plaque de base en verre, d'un diamètre nominal de 120 m.

V192-08 Spatule Chattaway, 120 mm de long.



E029