

E083 : Plongeur pénétromètre

NORMES : EN 413-2, EN 459-2, EN1015-4


Utilisé pour déterminer la consistance du ciment de maçonnerie, de la chaux et du ciment frais.

Le support est pourvu d'un dispositif permettant de positionner la coupelle d'essai. La hauteur de la chute peut être réglée avec précision jusqu'à 100 mm.

Fourni avec récipient de test et bouchon, tous deux en aluminium anodisé.

Dimensions: 200x200x700 mm

Poids : environ 8 Kg



E083