

# A087 : Duromètre

**NORME : ASTM C235**

Ce dispositif est utilisé pour déterminer la quantité de particules souples dans les gros agrégats.

L'appareil se compose d'une tige coulissante métallique dotée d'une pointe ronde de 1,6 mm de diamètre, montée sur un cadre adapté. Une charge de  $8,9 \pm 0,4$  N est appliquée à l'échantillon d'essai.

**Dimensions : 160x200xh350 mm**

**Poids : 8 kg**



**A087**

BAG-MacBen BV  
Oostjachtpark 12,  
B-9100 Sint-Niklaas

T: +32 3 771 48 04 [info@macben.eu](mailto:info@macben.eu)  
[www.macben.eu](http://www.macben.eu)

BAG-MacBen  
Smederijstraat 2,  
NL-4814 DB Breda

T: +31 765 30 23 73 [sales@macben.eu](mailto:sales@macben.eu)  
[www.macben.eu](http://www.macben.eu)